

令和8年度

長崎県総合水産試験場種苗量産センター
酸素発生装置賃貸借契約

要求仕様書

令和8年度

長崎県総合水産試験場

要 求 仕 様 概 要

1 機器の機能・性能等

- (1) 別紙仕様書に示す仕様を満たしていること。

2 数量および期間

- (1) 数量: 9台/月
- (2) 契約期間: 令和8年4月1日から令和10年3月31日までの24カ月間

2 機器の納入・設置および返却等

- (1) 納入にあたっては、事前の点検整備を実施し、別紙仕様書に示す性能を満たしていることを確認すること。
また、これに要する経費は受注者が負担すること
- (2) 機器の納入は、令和8年4月1日午前0時までに完了すること。
- (3) 納品場所は、総合水産試験場種苗量産技術開発センターとする。
- (4) 水産試験場内の機器の設置については、発注者が実施する。
- (5) 契約期間満了に伴う機器の返却に係る発送作業は、令和10年3月31日24時以降に速やかに発注者が行うものとする。
- (6) 機器納入及び返送、返却にかかる輸送経費等については、すべて受注者の負担とする。また、返却に係る発送作業は、宅配業者等を利用し料金着払いで、発注者が行うものとする。

3 保守

- (1) 賃貸借機器が、故障等により、別紙仕様書に示す性能を発揮できなくなった場合、速やかに無償で代替品を納入すること。またこの際に要する輸送費および修理費等については、受注者が負担すること

4 契約金額に含まれるもの

- (1) 上記に関する費用は、すべて入札額に含めること

仕 様 書

1. 品名 酸素発生装置
2. 賃貸借契約数量 9台
- 3.リース契約期間 令和8年4月1日から令和10年3月31日まで

4. 機器要求仕様等

品 名	要 求 仕 様		例 示 品
酸素発生装置	①	吐出圧 0.1±0.01Mpa以上であること	(メーカー名) 近畿酸素株式会社 (品番・型番等) オージネーター601 または オージネーター600
	②	発生酸素濃度が90%以上であること	
	③	外寸: (幅)40cm以下(高さ)65cm以下(奥行)45cm以下のサイズにコンプレッサーを内蔵していること。	
	④	一分当たりの最大酸素供給量が6リットル以上であること。	
	⑤	逆止弁機能を有すること。	
	⑥	AC100V 電源で動作すること	
	⑦	重量が40kg以下で、キャスター付きで移動が容易なこと	
	⑧	湿度の高い海産魚類飼育施設における使用が可能であること。	
	⑨	警報機能は、装置異常、圧力異常、停電警報について、ブザーにより知らせる機能を有すること。	
	⑩	酸素濃度異常に関する警報機能を有し、酸素濃度センサー付きであること	
納 入 期 限	令和 8年4月1日(水曜日) 午前0時まで		
納 品 場 所	総合水産試験場種苗量産技術開発センター		
付 帯 工 事 の 有 無	無し		
リ ー ス に か か る 付 帯 条 件	・別紙 要求仕様概要に示す条件をすべて満たすこと		
そ の 他	・以上に関する費用はすべて入札額に含めること		

[留意事項]

例示品または上記要求仕様を満たすもの(同等品)を納品すること。(同等品可の場合)